

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310189
CÓDIGO / CODE 109311
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1070500KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION UREIA UV WS R1 2X200ML + R2 1X100ML

KIT
LOTE / LOT: 1093112076
DATA DE FABR./MANUF. DATE 01/2020
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1070200R1KWS
LOTE / LOT: 1093072076
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2022

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1070100R2KWS
LOTE / LOT: 1093052073
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELADO - CLEAR YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR DE TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	7.70 - 7.90	7.82
pH (25 oC) R1 + R2	7.70 - 7.90	7.84
pH (25 oC) R2	9.50 - 9.70	9.67
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.200 - 0.300	0.250
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm	1.700 - 2.000	1.944
TRULAB N - LOTE:25894 (mg/dL)	32.6 - 51.0	39.5
TRULAB P - LOTE: 25895 (mg/dL)	116 - 182	144.9

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control