

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310189
CÓDIGO / CODE	109311
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1070500KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	UREIA UV WS R1 2X200ML + R2 1X100ML
KIT	
LOTE / LOT:	1093112083
DATA DE FABR./MANUF. DATE	10/2020
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2022
REAGENTE 1 / REAGENT 1	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1070200R1KWS
LOTE / LOT:	1093072082
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	10/2022
REAGENTE 2 / REAGENT 2	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1070100R2KWS
LOTE / LOT:	1093052078
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELADO - CLEAR YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR DE TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	7.70 - 7.90	7.81
pH (25 oC) R1 + R2	7.70 - 7.90	7.83
pH (25 oC) R2	9.50 - 9.70	9.66
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.200 - 0.300	0.252
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm	1.700 - 2.000	1.932
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	27.90 - 43.60	35.53
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	126.00 - 197.00	160.95

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control