

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310189
CÓDIGO / CODE	111183
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1070179.2RWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	UREIA UV WS R1 4X34,5ML + R2 4X10,3ML (RESPONS)
	KIT
	LOTE / LOT: 1111831912
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 08/2019
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2021
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1070044.8TWS
	LOTE / LOT: 1111841912
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2021
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1070044.8TWS
	LOTE / LOT: 1111841912
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELADO - CLEAR YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR DE TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	7.70 - 7.90	7.86
pH (25 oC) R1 + R2	7.70 - 7.90	7.88
pH (25 oC) R2	9.50 - 9.70	9.60
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.200 - 0.300	0.251
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm	1.700 - 2.000	1.950
TRULAB N - LOTE:24382 (mg/dL)	32.2 - 50.3	39.11
TRULAB P - LOTE:24383 (mg/dL)	116 - 181	152.62

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control