

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310189
CÓDIGO / CODE 109311
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1070500KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION UREIA UV WS R1 2X200ML + R2 1X100ML

KIT
LOTE / LOT: 1093112188
DATA DE FABR./MANUF. DATE 04/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2023

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1070200R1KWS
LOTE / LOT: 1093072186
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2023

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1070100R2KWS
LOTE / LOT: 1093052182
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELADO - CLEAR YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR DE TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	7.70 - 7.90	7.79
pH (25 oC) R1 + R2	7.70 - 7.90	7.79
pH (25 oC) R2	9.50 - 9.70	9.59
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.200 - 0.300	0.242
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm	1.700 - 2.000	1.947
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	27.90 - 43.60	35.93
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	126.00 - 197.00	158.90

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control