

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310259
CÓDIGO / CODE 111877
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 9010020TK
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION KOVID Ab (COVID-19 IgG/IgM) - 20 TESTES

KIT

LOTE / LOT: 1118772041
DATA DE FABR./MANUF. DATE 09/2020
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2021

CASSETE

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 9010001T
LOTE / LOT: 1118792012
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2021

TAMPÃO

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 9010003K
LOTE / LOT: 1118782021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2021

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|--|---|---------------------|
| VERIFICACAO AMOSTRA SORO/CHECK SERUM SAMPLE | LINHA COLORIDA NA LINHA (C) - LINHA COLORIDA NAS LINHAS (C), (G) E (M) | Conforme/According |
| VERIFICACAO AMOSTRA SANGUE/CHECK BLOOD SAMPLE | LINHA COLORIDA NA LINHA (C) - LINHA COLORIDA NAS LINHAS (C), (G) E (M) | Conforme/According |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control