

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310259
CÓDIGO / CODE 111877
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 9010020TK
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION KOVID Ab (COVID-19 IgG/IgM) - 20 TESTES

KIT

LOTE / LOT: 1118772042
DATA DE FABR./MANUF. DATE 09/2020
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2021

CASSETTE

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 9010001T
LOTE / LOT: 1118792011
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2021

TAMPÃO

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 9010003K
LOTE / LOT: 1118782022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
VERIFICACAO AMOSTRA SORO/CHECK SERUM SAMPLE	LINHA COLORIDA NA LINHA (C) - LINHA COLORIDA NAS LINHAS (C), (G) E (M)	Conforme/According
VERIFICACAO AMOSTRA SANGUE/CHECK BLOOD SAMPLE	LINHA COLORIDA NA LINHA (C) - LINHA COLORIDA NAS LINHAS (C), (G) E (M)	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control