

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310259</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>111877</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>9010020TK</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>KOVID Ab (COVID-19 IgG/IgM) - 20 TESTES</b>
	<b>KIT</b>
	LOTE / LOT: 1118772045
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 11/2020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2021
	<b>CASSETE</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 9010001T
	LOTE / LOT: 111879209
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2021
	<b>TAMPÃO</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 9010003K
	LOTE / LOT: 1118782025
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2021

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
CONTROLE POSITIVO / POSITIVE CONTROL	LINHA COLORIDA NA LINHA (C) - LINHA COLORIDA NAS LINHAS (C), (G) E (M)	Conforme/According
AMOSTRA SANGUE / BLOOD SAMPLE	LINHA COLORIDA NA LINHA (C) - LINHA COLORIDA NAS LINHAS (C), (G) E (M)	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**