

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310259
CÓDIGO / CODE	111877
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	9010020TK
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	KOVID Ab (COVID-19 IgG/IgM) - 20 TESTES
	KIT
	LOTE / LOT: 1118772047
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 11/2020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2021
	CASSETTE
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 9010001T
	LOTE / LOT: 111879209
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2021
	TAMPÃO
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 9010003K
	LOTE / LOT: 1118782020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
CONTROLE POSITIVO / POSITIVE CONTROL	LINHA COLORIDA NA LINHA (C) - LINHA COLORIDA NAS LINHAS (C), (G) E (M)	Conforme/According
AMOSTRA SANGUE / BLOOD SAMPLE	LINHA COLORIDA NA LINHA (C) - LINHA COLORIDA NAS LINHAS (C), (G) E (M)	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control