

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310259**
CÓDIGO / CODE **111877**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **9010020TK**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **KOVID Ab (COVID-19 IgG/IgM) - 20 TESTES**

KIT

LOTE / LOT: 1118772187
DATA DE FABR./MANUF. DATE 03/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2022

CASSETE

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 9010001T
LOTE / LOT: 1118792131
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2022

TAMPÃO

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 9010003K
LOTE / LOT: 1118782134
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
CONTROLE POSITIVO / POSITIVE CONTROL	MARCACAO DA LINHA (C) + (G) OU (M) / LINE MARKING - MARCACAO DAS LINHAS (C), (G) E (M) / LINE MARKING	C+ / G+ / M+
CONTROLE NEGATIVO / NEGATIVE CONTROL	MARCACAO DA LINHA (C) / LINE MARKING (C) - MARCACAO DA LINHA (C) / LINE MARKING (C)	C+

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control