

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310259  
**CÓDIGO / CODE** 111877  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 9010020TK  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** KOVID Ab (COVID-19 IgG/IgM) - 20 TESTES

### KIT

**LOTE / LOT:** 1118772188  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 03/2021  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 03/2022

### CASSETTE

**COD. INTERNO / INTERNAL CODE:** 9010001T  
**LOTE / LOT:** 1118792131  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 12/2022

### TAMPÃO

**COD. INTERNO / INTERNAL CODE:** 9010003K  
**LOTE / LOT:** 1118782133  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 03/2022

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION              | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                                         | RESULTADO / RESULTS |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CONTROLE POSITIVO / POSITIVE CONTROL | MARCACAO DA LINHA (C) + (G) OU (M) / LINE MARKING - MARCACAO DAS LINHAS (C), (G) E (M) / LINE MARKING | C+ / G+ / M+        |
| CONTROLE NEGATIVO / NEGATIVE CONTROL | MARCACAO DA LINHA (C) / LINE MARKING (C) - MARCACAO DA LINHA (C) / LINE MARKING (C)                   | C+                  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control