

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310267
CÓDIGO / CODE	111974
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1160250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	HDL-C DIRETO R1 1X200ML + R2 1X50ML
KIT	
LOTE / LOT:	111974213
DATA DE FABR./MANUF. DATE	09/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	10/2022
REAGENTE 1 / REAGENT 1	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1160200R1K
LOTE / LOT:	111983213
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	10/2022
REAGENTE 2 / REAGENT 2	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1160050R2K
LOTE / LOT:	111999213
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	10/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR A ROSEADO - CLEAR, COLOURLESS TO SLIGHTLY PINK	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, LEVEMENTE AMARELADO - CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	38.7 - 51.3	41.46
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	48.1 - 63.7	52.2
TRULAB L - LOTE: 29253 (mg/dL)	18.8 - 28.2	21.8

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control