

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|---|
| MS ANVISA | 80115310267 |
| CÓDIGO / CODE | 111984 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 1160075K |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | HDL-C DIRETO R1 3X20ML + R2 1X15ML |
| KIT | |
| LOTE / LOT: | 111984213 |
| DATA DE FABR./MANUF. DATE | 08/2021 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 11/2022 |
| REAGENTE 1 / REAGENT 1 | |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE: | 1160020R1K |
| LOTE / LOT: | 111980212 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 11/2022 |
| REAGENTE 2 / REAGENT 2 | |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE: | 1160015R2K |
| LOTE / LOT: | 111996212 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 11/2022 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIMPIDO, INCOLOR A ROSEADO - CLEAR, COLOURLESS TO SLIGHTLY PINK | Conforme/According |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIMPIDO, LEVEMENTE AMARELADO - CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL) | 38.7 - 51.3 | 44.64 |
| TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL) | 48.1 - 63.7 | 54.07 |
| TRULAB L - LOTE: 29253 (mg/dL) | 18.8 - 28.2 | 23.5 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control