

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310267</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>111984</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1160075K</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>HDL-C DIRETO R1 3X20ML + R2 1X15ML</b>
<b>KIT</b>	
LOTE / LOT:	111984215
DATA DE FABR./MANUF. DATE	09/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	10/2022
<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1160020R1K
LOTE / LOT:	111980213
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	10/2022
<b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1160015R2K
LOTE / LOT:	111996213
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	10/2022

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR A ROSEADO - CLEAR, COLOURLESS TO SLIGHTLY PINK	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, LEVEMENTE AMARELADO - CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	38.7 - 51.3	41.46
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	48.1 - 63.7	52.2
TRULAB L - LOTE: 29253 (mg/dL)	18.8 - 28.2	21.8

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control