

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310267	
CÓDIGO / CODE	111984	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1160075K	
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	HDL-C DIRETO R1 3X20ML + R2 1X15ML	
	KIT	
	LOTE / LOT:	111984216
	DATA DE FABR./MANUF. DATE	10/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	04/2022
	REAGENTE 1 / REAGENT 1	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1160020R1K
	LOTE / LOT:	111980214
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	04/2022
	REAGENTE 2 / REAGENT 2	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1160015R2K
	LOTE / LOT:	111996211
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	05/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR A ROSEADO - CLEAR, COLOURLESS TO SLIGHTLY PINK	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, LEVEMENTE AMARELADO - CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	38.7 - 51.3	43.26
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	48.1 - 63.7	56.64
TRULAB L - LOTE: 29253 (mg/dL)	18.8 - 28.2	25.05

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control