

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310267</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>111984</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1160075K</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>HDL-C DIRETO R1 3X20ML + R2 1X15ML</b>
	<b>KIT</b>
	LOTE / LOT: 111984217
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 10/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2022
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1160020R1K
	LOTE / LOT: 111980215
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2022
	<b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1160015R2K
	LOTE / LOT: 111996214
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR A ROSEADO - CLEAR, COLOURLESS TO SLIGHTLY PINK	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, LEVEMENTE AMARELADO - CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	38.7 - 51.3	43.26
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	48.1 - 63.7	56.64
TRULAB L - LOTE: 29253 (mg/dL)	18.8 - 28.2	25.05

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control