

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310267
CÓDIGO / CODE 111985
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1160075M
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION HDL-C DIRETO R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)

KIT

LOTE / LOT: 111985215
DATA DE FABR./MANUF. DATE 12/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1160020R1M
LOTE / LOT: 111981215
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2022

REAGENTE 2 / REAGENT 2

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1160015R2M
LOTE / LOT: 111997215
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR A ROSEADO - CLEAR, COLOURLESS TO SLIGHTLY PINK	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, LEVEMENTE AMARELADO - CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	38.7 - 51.3	43.59
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	48.1 - 63.7	55.24
TRULAB L - LOTE: 29253 (mg/dL)	18.8 - 28.2	23.5

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control